

Ochrana osob při snímkování

Vyhláška č. 422/2016 Sb. Příloha č. 20 bod 2.2.

Registrant musí zajišťovat optimalizaci radiační ochrany radiačních pracovníků a obyvatel tak, že

- vzdálenost *fyzické osoby provádějící ozáření* od snímkaného pacienta musí být větší než 2 m, nebo při snímkování musí být tato fyzická osoba za přepážkou odpovídající tloušťce nejméně 15 cm plné cihly a
- *jiné fyzické osoby přítomné během snímkování v místnosti* musí být od snímkaného pacienta vzdáleny nejméně 5 m nebo musí být za přepážkou odpovídající nejméně 15 cm plné cihly a zároveň nejméně 2 m od snímkaného pacienta.

Řešení?

Naše stínící zástěny ve Vašich ordinacích chrání lékaře i sestry



Se stíněným Pb okénkem?



S mimořádnou výškou?



prostě podle Vašich požadavků

Pro odstínění záření potřebný stínící ekvivalent stanovíme, provedení navrhne a zástěnu vyrobíme přesně tak, jak Vy potřebujete.